



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0134

校准证书编号:

2023G80-10-4942448001

Calibration certificate series No.



上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

校准证书

Calibration Certificate

委托者

Customer

复旦大学附属妇产科医院

联络信息

Contact information

上海市黄浦区方斜路419号

器具名称

Name of Instrument

数字化温度监控系统

制造厂

Manufacturer

美菱生物医疗

型号/规格

Model/Specification

ZKMS-1

器具编号

No. of instrument

见续页

器具准确度

Instrument accuracy

批准人

Approved by

张波

张波

(机构校准专用章)

核验员

Checked by

黄莉

黄莉

校准员

Calibrated by

梁晓雄

梁晓雄

发布日期

Issue date

2023

年

11

月

14

日

Year

Month

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800

Tel.

传真: 021-50798390

Fax

邮编: 201203

PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172 投诉电话: 021-50798262

Inquire line

Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页

Page of total pages



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2022)01039号/(2022)01019号

The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2022) 01039/ No. (2022) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
精密数字温湿度计	HMT330	N0420250	(-40~180)°C (0~90)%RH (90~100)%RH H	±0.2°C ±1.0%RH ±1.7%RH	SIMT	2023E13-10-4539827001 / 2024-04-20 / /
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China / national measurement standards.

其他校准信息:

Calibration Information

地点: 上海市黄浦区方斜路419号

Location

温度: 20.3~23.9°C

Ambient temperature

湿度: 50.1~60.9%RH

Humidity

其他: /

Others

受样日期 2023年11月10日

Received date

校准日期 2023年11月10日

Date for calibration

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).



校准结果/说明:

Results of calibration and additional explanation

温度校准:	
23002472	
指示值 (°C)	实测值 (°C)
19.56	19.8
23002384	
指示值 (°C)	实测值 (°C)
19.59	19.8
23002377	
指示值 (°C)	实测值 (°C)
19.7	19.8
23002432	
指示值 (°C)	实测值 (°C)
19.72	19.8
23002591	
指示值 (°C)	实测值 (°C)
19.72	19.8

本次校准结果的扩展不确定度:

$U=1.0^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)

校准结果内容结束